

	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	REG- 050
	BOMBA CADD SOLIS VIP	

Individualización del Producto	
Descripción	Sistema de bomba de infusión ambulatoria multi terapia que proporciona una farmacoterapia medida en pacientes, ya sea adultos o pediátricos, en ámbitos hospitalarios y ambulatorios.
Código	21-2120-0102-08
Marca	SMITHS MEDICAL
Procedencia	E.E.U.U



Descripción del Producto	
Indicaciones	La bomba de infusión ambulatoria CADD®-Solis VIP está indicada para la infusión intravenosa, intraarterial, subcutánea, intraperitoneal, perineural, en un sitio intraoperatorio y los espacios epidural o subaracnoideo. La bomba se puede programar configurando un protocolo, que consiste en una técnica, una intervención y un fármaco. La bomba puede ser administrar los medicamentos mediante infusiones a través de 5 perfiles de infusión: • PCA. • Administración continua. • Administración intermitente. • Administración escalonada. • Administración gradual.
Características	• Peso: 595 gramos incluyendo 4 pilas AA alcalinas, excluyendo otros accesorios. • Tamaño de la bomba: 4,1 cm x 10,2 cm x 12,7 cm, excluyendo el cassette u otros accesorios. • Fuente de energía: ◦ Adaptador de CA

El Dante 4159. Las Condes. Santiago - Chile

Fono: 22286925 – 22283171

www.medtec.cl

	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	REG- 050
	BOMBA CADD SOLIS VIP	

	○ Batería recargable ○ Cuatro pilas alcalinas AA • Biblioteca de Protocolos: Almacena 500 protocolos con la información de la técnica, intervención y fármaco. • Registro de Eventos: 5000 eventos. • Volumen del depósito: 0 a 9999. Programables en incrementos de 1 ml. Mostrado en incrementos de 0.1 ml. • Unidades de Programación: Mililitros (ml), miligramos (mg) y microgramos (mcg). • Tasa de infusión: 0 – 0.1 – 500 ml/hr. • Flexibilidad adicional: ○ 1 bomba CADD-Solis VIP para múltiples terapias continua, gradual, intermitente, escalonada y PCA. ○ 1 bomba CADD-Solis VIP para múltiples pacientes con la misma terapia. ○ 1 bomba CADD-Solis VIP para 1 paciente. • Programa de Seguridad: Bloqueo cassette/teclado y tres niveles de acceso que pueden personalizarse por el protocolo: Código teclado, código clínico y código administrador. • Movimiento de Administración: Peristáltico lineal. • Presión de Administración: 18 +/- 9 psi. • Exactitud: +/- 6% nominal. • Alarmas y Sensores de: ○ Oclusión. ○ Aire.
Certificaciones	• ISO 9001:2018 • ISO 13485: 2003 • ISO 13485: 2012 • FDA
Limpieza de la Bomba y sus accesorios	• Rutinariamente se debe limpiar la bomba para mantenerla libre de polvo, líquidos y materias extrañas. • Usar cualquiera de las soluciones siguientes: ▪ Solución jabonosa. ▪ Alcohol (93%). ▪ Alcohol isopropílico (99%). ▪ Clorhexidina (70%). • Humedecer un paño suave, sin pelusas, con una solución de limpieza y limpiar la superficie exterior de la bomba. No permitir que la solución se impregne en la bomba. • No sumergir la bomba en agua o solución de limpieza.

El Dante 4159. Las Condes. Santiago - Chile

Fono: 22286925 – 22283171

www.medtec.cl