FICHA TÉCNICA

AGUJA MISSSION

CÓDIGO: 1410MS / 1416MS / 1610MS /1616MS / 1810MS / 1816MS / 2006MS /2010MS / 2016MS

MARCA:BD BARD
PROCEDENCIA: EEUU.

Pistola desechable semiautomática con gatillo deslizable, para la obtención de biopsias de tejidos blandos, como hígado, riñón, próstata, bazo, ganglios linfáticos y diversos tumores de tejidos blandos.

Características

- La aguja centimetrada con realce ecográfico, presenta una punta tricóncava ecogénica, lo que permite obtener muestras consistentes y menos fragmentadas, además de ofrecer excelente visibilidad al posicionarla bajo guía de ultrasonido.
- Presenta dos opciones de profundidad de penetración de disparo: 10 a 20 mm.
- Tamaño de la muestra: 19 mm
- El disparador automático permite confirmación visual de la localización de la muesca de la muestra.
- Instrumento compacto ligero con sujetadores ergonómicos únicos que permiten utilizar el dispositivo de múltiples formas, según la preferencia del médico, diseñado, además con superficie texturizada para un firme y controlada sujeción.
- Émbolo se utiliza para activar y avanzar la muesca de la muestra y disparar la cánula de corte.
- Color indicativo del Gauge.
- Está diseñada para ser usada con ultrasonido y TC.

Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.

Esterilización

Esterilizado en óxido de etileno, uso único. Libre de látex, apirógeno.

Presentaciones

- **1410MS:** 14G x 10 cm.
- **1416MS:** 14G x 16 cm.
- **1610MS:** 16G x 10 cm.
- **1616MS:** 16G x 16 cm.
- **1810MS:** 18G x 10 cm.
- **1816MS:** 18G x 16 cm.
- **2006MS:** 20G x 6 cm.
- **2010MS:** 20G x 10 cm.
- **2016MS:** 20Gx 16 cm.

Empaque

El producto viene embalado en caja de cartón de 5 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización y número de lote.

Certificaciones

- ISO13485:2016.
- FDA.