

	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	REG- 050
	BOMBA CADD LEGACY PLUS	

Individualización del Producto	
Descripción	Bomba de infusión ambulatoria para terapias de infusión intermitente o continua.
Código	21-6500-08
Marca	SMITHS MEDICAL
Procedencia	E.E.U.U



Descripción del Producto	
Indicaciones	• Para terapias con tasa intermitente o continua. • Tasa de infusión de hasta 125 ml/hr y volúmenes de dosis de hasta 1000 ml, acomodándose a terapia de altas tasas y volúmenes.
Vías de administración	• Intravenosa. • Intra-arterial. • Subcutánea. • Epidural. • Intra-tecal
Características	• Pantalla fácil de leer y entender: Proporciona la información para los ajustes de programación y resolución de problemas. • Detección de cassette: Sensor de detección de cassette diseñado para detectar la conexión del cassette. • Detección de oclusión: Sensores de oclusión línea arriba y línea abajo, diseñados para alertar al paciente y al clínico en caso de ocurrir una interrupción en la administración del fluido. • Tecla de encendido/apagado: Permite poner a la bomba en estado de baja potencia y está diseñado para ahorrar la energía de las pilas de la bomba.

El Dante 4159. Las Condes. Santiago - Chile

Fono: 22286925 – 22283171

www.medtec.cl

	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	REG- 050
	BOMBA CADD LEGACY PLUS	

	• Memoria de eventos: Los últimos 500 eventos en el histórico de la bomba pueden transmitirse, de forma directa o remota (vía modem), a un PC. • Unidades de Programación: Mililitros. • Volumen del Recipiente: 1 ml- 9999 ml o desactiv. • Tasa Continua: 0.1 a 125 ml/hr. • Tasa Intermitente: 0 a 125 ml/hr. • Volumen de Dosis: 0.1-1000 ml. • Duración de Dosis: 1 min - 24 horas. • Funciones de Seguridad: Detector de aire en la línea, sensor de oclusión línea arriba y línea abajo, detector del cassette y 3 niveles de bloqueo. • Tamaño de la bomba: 1.6 x 3.8 x 4.4 pulgadas • Peso: 392 gramos. • Fuente de Alimentación: 2 pilas alcalinas AA; adaptador CA. • Precisión: +/- 6% nominal. • Alarmas y Sensores de: ○ Oclusión. ○ Aire. • Garantía: 1 año. • La bomba almacena información programada e histórica que el clínico necesita para su terapia específica. • Da un mayor tiempo de inicio, y parámetros de dosis más amplios, proporcionando una mayor flexibilidad para satisfacer los requisitos de terapias complejas. • Presenta un reloj interno diseñado para administrar las dosis en el tiempo programado
Certificaciones	• ISO 9001:2018 • ISO 13485: 2003 • ISO 13485: 2012 • FDA
Limpieza de la bomba y sus accesorios	• Rutinariamente se debe limpiar la bomba para mantenerla libre de polvo, líquidos y materias extrañas. • Usar cualquiera de las soluciones siguientes: ▪ Solución jabonosa. ▪ Alcohol (93%). ▪ Alcohol isopropílico (99%). ▪ Clorhexidina (70%). • Humedecer un paño suave, sin pelusas, con una solución de limpieza y limpiar la superficie exterior de la bomba. No se debe permitir que la solución impregne en la bomba. • No sumergir la bomba en agua o solución de limpieza.

El Dante 4159. Las Condes. Santiago - Chile

Fono: 22286925 – 22283171

www.medtec.cl