

	<b>FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO</b>	<b>REG- 050</b>
	<b>POWERGLIDE PRO 18 G x 10 CM</b>	

<b>Individualización del Producto</b>	
<b>Descripción</b>	Catéter Midline PowerGlide Pro de 18 G x 10 cm de extensión para utilización de corto plazo (hasta 30 días).
<b>Código</b>	6F118100
<b>Marca</b>	BD-BARD
<b>Procedencia</b>	E.E.U.U



<b>Descripción del Producto</b>	
<b>Indicaciones</b>	<p>El catéter PowerGlide Pro de extensión Midline está indicado para el acceso periférico a corto plazo (hasta 30 días), al sistema venoso con el fin de toma de muestra de sangre, infusión de soluciones por vía endovenosa.</p> <p>Es compatible con bombas inyectoras automáticas resistiendo hasta 325 PSI de presión.</p>
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Catéter de un Lumen para instalación por técnica de Seldinger abreviado.</li> <li>• Material del catéter: Poliuretano radiopaco de última generación.</li> <li>• Dimensiones del catéter: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 18 G ( 1,35 mm).</li> <li>○ 10 cm longitud total.</li> </ul> </li> <li>• Punta reforzada diseñada para mejorar y mantener un índice de flujo de aspiración constante sin colapsar el catéter.</li> <li>• Alas de deslizamiento del catéter contienen un mecanismo de control de la sangre que impide el flujo de sangre hasta que el médico esté listo para conectar un dispositivo accesorio.</li> <li>• Aguja con muescas permite la confirmación visual</li> <li>• Velocidad de flujo de la inyección: 7 ml/seg.</li> <li>• Presión máxima promedio: 325 psi.</li> <li>• Aguja de introducción de 21G (0,8 mm) con sistema de bioseguridad de tipo pasivo.</li> <li>• Guía de nitinol incorporada en sistema de instalación con diámetro de 0,018 pulgadas (0,46 mm), con punta recta.</li> <li>• Guía Nitinol integrada está diseñada para ayudar con los pinchazos difíciles y permite ángulos pronunciados de inserción.</li> </ul>

El Dante 4159. Las Condes. Santiago - Chile

Fono: 22286925 – 22283171

[www.medtec.cl](http://www.medtec.cl)

	<b>FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO</b>	<b>REG- 050</b>
	<b>POWERGLIDE PRO 18 G x 10 CM</b>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenimiento y volumen del cebado (ml): El catéter debe ser purgado energícamente con una jeringa de 10 ml de solución salina normal cada 12 horas o después de cada uso.</li> <li>• Volumen de Cebado: 0,17 ml.</li> </ul>
<b>Biocompatibilidad</b>	Todos los componentes de PowerGlide Pro son biocompatibles y libres de látex.
<b>Otros Componentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de fijación sin puntos Statlock IV</li> <li>• Preparador Cutáneo.</li> </ul>
<b>Certificaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO 13485:2016.</li> <li>• FDA.</li> </ul>
<b>Almacenamiento</b>	El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.
<b>Empaque</b>	El producto viene embalado en la caja de cartón con 20 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización, número de lote y adhesivos para la ficha paciente
<b>Esterilización</b>	Producto estéril en óxido de etileno, apirógeno.

El Dante 4159. Las Condes. Santiago - Chile

Fono: 22286925 – 22283171

[www.medtec.cl](http://www.medtec.cl)